





Sistema Ultrasónico de Cirugía Ósea VarioSurg 4

Panel de control




Pedal de control



A	Nivel de potencia	I	Nivel de luz
B	Nº Programa	J	Nivel de batería del pedal de control
C	Estado de control de calibración del pedal de control	K	Estado de conexión del pedal de control inalámbrico
D	Nivel modo ráfaga	L	Estado de conexión del pedal de control con cable
E	Modo	M	Estado de conexión con el Surgic Pro2
F	Nivel de potencia indicado por el número de barras indicadoras		
G	Vibración		
H	Volumen de irrigación		

Preparación para su uso



Inicio



Conexión con Surgic Pro2

Paso 1. VarioSurg 4



Paso 2. Surgic Pro2



Paso 3. VarioSurg 4 / Surgic Pro2

VarioSurg 4

